



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

**PROCEDURA APERTA CENTRALIZZATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
ACCORDI QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
PACEMAKER, DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, DEGLI ACCESSORI
E DEI SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Codice appalto 756b4e9d-f87b-454c-9532-18e06a78cc74

CHIARIMENTI 2

Il Responsabile del settore dispositivi medici e assistenza territoriale: Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – datzei@regione.sardegna.it)

L’istruttore: Alessandro Sainas

viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - PEC pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

CHIARIMENTO n. 24 (Registro PI046817-26)

Domanda:

24.1 In merito alla vostra risposta ai chiarimenti n.2.6 “Si conferma la possibilità di presentare la documentazione in inglese relativamente alle certificazioni ISO, alle dichiarazioni di conformità CE ed alla letteratura scientifica” si chiede conferma di poter presentare anche i “Marchi CE” in lingua inglese.

Risposta:

24.1 Si conferma.

CHIARIMENTO n. 25 (Registro PI046825-26)

Domanda:

25.1 Nel file articoli, predisposto dalla piattaforma per l' inserimento delle quotazioni dei prodotti offerti, qualora per ogni ID siano offerti più codici, vanno aggiunte tante righe quanti sono i codici offerti? Diversamente ci date indicazioni su come procedere?

Risposta:

25.1 Si veda la risposta al chiarimento 17.1.

CHIARIMENTO n. 26 (Registro PI054811-26)

Domanda:

26.1 Con la presente, in merito all'ALLEGATO F, segnaliamo che è presente la colonna dove andrebbe inserita l'aliquota IVA ma essendo nella documentazione tecnica chiediamo conferma che la colonna debba essere depennata senza inserire nessun dato.

Risposta:

26.1 L'aliquota IVA non è elemento assimilabile a informazione attinente al prezzo, pertanto il valore deve essere inserito nella rispettiva colonna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

CHIARIMENTO n. 27 (Registro PI056267-26)

Domanda:

27.1 In riferimento all'Allegato H - Schema elementi premianti offerta tecnica rev 01, Lotto 19, riga 1, si chiede che per impulso sottosoglia si intende impulso erogato nel periodo refrattario assoluto cardiaco?

Risposta:

27.1 Si conferma.

CHIARIMENTO n. 28 (Registro PI 057728-26)

Domanda:

28.1 Con la risposta al chiarimento 2.10 pubblicato il (::::) si conferma che è possibile offrire per il lotto 10, oltre al modello IS4, un modello con connettore sinistro IS1 con nome commerciale diverso senza che questo costituisca un'alternativa. Si chiede conferma che tale risposta possa considerarsi valida anche per i lotti 15 e 16 e che pertanto sia possibile presentare modelli con connettore IS1, con nome commerciale diverso ma stesse caratteristiche minime, senza che ciò costituisca un'offerta alternativa.

28.2 Si chiede conferma che nella caratteristica minima "Possibilità di stimolazione in VVI - V00 - AAI - A00-DDD-DDI-DOO-VDD" del lotto 31 l'elenco delle modalità di stimolazione si possa considerare come presenza alternativa e non contemporanea dei singoli modi. (VVI e/o V00 e/o AAI e/o A00 e/o DDD e/o DDI e/o DOO e/o VDD).

28.3 Si chiede conferma che nel lotto 22 la richiesta "Diametro degli introduttori = 5 Fr" possa essere interpretata come "Diametro degli introduttori maggiore e/o uguale a 5 Fr".

28.4 Si chiede conferma che nel lotto 33 la richiesta "Diametro degli introduttori = 4 Fr" possa essere interpretata come "Diametro degli introduttori maggiore e/o uguale a 4 Fr".

Risposta:

28.1 Si conferma.

28.2 Si conferma.

28.3 Si conferma.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

28.4 Si conferma.

CHIARIMENTO n. 29 (Registro PI058910-26)

Domanda:

29.1 In riferimento alla campionatura richiesta, si evidenzia che i dispositivi “standard” e “con funzioni avanzate” presentano caratteristiche dimensionali e d'ingombro identiche. Pertanto, in considerazione dell'elevato valore economico, si chiede se sia possibile presentare un solo campione rappresentativo per ciascuna categoria tecnologica (es. un solo campione DR per i lotti 11-12, uno VR per i lotti 13-14 e uno CRT per i lotti 15-16).

Risposta:

29.1 Si conferma.

Il Responsabile del progetto
Davide Atzei